



VisiQuick Handleiding - NL

4.6 - rev. 3.0

Inhoudsopgave

Introductie.....	3
Veiligheid eerst	3
Definities	3
Beoogd gebruik.....	3
Beoogd gebruiker en beoogde patiënten groep	3
Productinformatie.....	3
Patiënt selecteren en sluiten	4
Röntgenfoto's openen en bewerken.....	4
Foto's openen	4
Foto's bewerken.....	5
Foto's ordenen.....	6
Nieuwe röntgenfoto maken.....	7
Foto importeren	8
Foto als PDF exporteren	8
Foto verplaatsen	9
Annotaties	9
Kalibratie	10
Nieuwe afbeeldingen kalibreren	10
Kalibratie controleren	11
De kalibratie corrigeren	11
Een bestaande afbeelding kalibreren	11
Tips en nuttige informatie.....	12
Veiligheidsinformatie	12

Introductie

U werkt nu met **VisiQuick**, een röntgenfotopakket voor tandheelkundige behandelaars. Deze handleiding helpt u met de meest gebruikte functies. Zie voor aanvullende ondersteuning de technische documentatie, deze is beschikbaar via het help-menu.

Veiligheid eerst

Lees eerst de [veiligheidsinformatie](#).

Definities

Opmerking: Belangrijke opmerking voor een efficiënt gebruik van **VisiQuick**.

Waarschuwing: Belangrijk veiligheidsbericht.



Tip: Nuttige tips voor het gebruik van **VisiQuick**.

Beoogd gebruik

VisiQuick is bedoeld voor het ontvangen, opslaan, weergeven en manipuleren van digitale tandheelkundige beelden. Het beoogde gebruik in de tandheelkundige wereld omvat het volgende:

- Ontvangen en verwerken van digitale röntgenfoto's en kleuren-afbeeldingen;
- Bekijken en bewerken voor diagnostische beoordeling, inclusief metingen op basis van de röntgenfoto's;
- Raadplegen voor patiënten voorlichting en -consultatie, inclusief cosmetische beeldvorming;
- Elektronische overdracht van beelden voor raadpleging.

Beoogd gebruiker en beoogde patiënten groep

De beoogde gebruikers van **VisiQuick** zijn opgeleide tandheelkundige professionals, zoals tandartsen, implantologen, orthodontisten, parodontologen en personeel van tandheelkundige laboratoria. Voor installatie en onderhoud zijn ICT-professionals de beoogde gebruikers. De beoogde patiënten groep bestaat uit alle patiënten die door de tandheelkundige professional worden behandeld.

Productinformatie

Product **VisiQuick V4.6**

IFU-revisie 4.6 - rev. 3.0 gepubliceerd op 20-12-2023



VisiQuick is een medisch hulpstuk, gereguleerd door de richtlijn 93/42/EEG van de raad van 14 juni 1993 betreffende medische hulpmiddelen.




Fabrikant:
Citodent Imaging B.V.
Amstel 312
1017 AP Amsterdam
Nederland




Lees deze handleiding voor ingebruikname.

Patiënt selecteren en sluiten

Selecteer de patiënt altijd via de koppelfunctie van uw administratiepakket.

Klik op  of toets [Escape] als u vanuit **VisiQuick** terug wilt gaan naar het administratiepakket. Deze functie deselecteert ook de patiënt.




Waarschuwing: Als u **VisiQuick** activeert via de taakbalk is het niet zeker of de juiste patiënt geselecteerd is.




Röntgenfoto's openen en bewerken



Na het selecteren van een patiënt worden de laatst geopende foto's getoond.

Foto's openen


Het scherm kan in vakken worden ingedeeld met  of door [Ctrl+1], [Ctrl+2], [Ctrl+3], [Ctrl+4] te toetsen, waarna geselecteerde postzegelfoto's vanzelf in het eerste vrije vak geopend worden.

Met , of door [Alt+Spatie] te toetsen, worden de laatste bitewings automatisch geopend.

Linksonder is een klein statuspaneel waarin enkele of alle foto's van een elementcode of opnametype geopend kunnen worden door met de linkermuisknop op een code of type te klikken.




U sluit een foto door op [Backspace] te toetsen, of via de rechtermuisknop op de foto en daarna op [Sluiten] te klikken.




U kunt een foto volscherm weergeven door op de foto te dubbelklikken. U sluit de volscherm weergave door te klikken of door [Escape] te toetsen.


Foto's bewerken


U draait een foto door [Ctrl+O] te toetsen, of door met de rechtermuisknop op de foto te klikken en [Roteer] te kiezen.




Met het geactiveerde icoon  kunt u contrast en helderheid aanpassen door met de linkermuisknop ingedrukt over de foto te schuiven.




Door [Ctrl] ingedrukt te houden kunt u zwarting (gamma-correctie) aanpassen door met de linkermuisknop ingedrukt over de foto te schuiven ( is niet nodig).

Door [Shift] ingedrukt te houden kunt u contrast en helderheid aanpassen door met de linkermuisknop ingedrukt over de foto te schuiven ( is niet nodig).

De structuur in een foto kunt u in verschillende gradaties scherper maken met **A B C D M E**.



U herstelt een foto naar zijn originele weergave door op  te klikken of door [Ctrl+Spatie] te toetsen.




Foto's ordenen

VisiQuick kent verschillende weergaven. De vergelijkingsweergave wordt meestal gebruikt om foto's naast elkaar te zetten en om bewerkingen en metingen uit te voeren.



De andere weergaven zijn specifiek voor vaak voorkomend gebruik.

Om te wisselen tussen de weergaven, klik op




of toets [Alt-1 tot Alt-


8].

Als er foto's zijn in een weergave wordt dat aangeduid met een gele driehoek.


In de röntgenstatus- en kleurenstatusweergave kunnen elementcodes makkelijk worden ingesteld; sleep een foto naar het juiste vak; de code wordt hiermee automatisch ingesteld.




Foto's zonder elementcodes staan rechtsonder.





Nieuwe röntgenfoto maken

Klik op  om een röntgenapparaat aan te sturen om een of meer nieuwe röntgenfoto's te maken.

Het Invoervenster wordt geopend.



In het venster klikt u op een elementcode 




of opnametype voor directe opname.

Voor een fosforscanner klikt u op .

Na het inlezen van de foto(s) kent u deze toe aan een elementcode of opnametype (indien nodig) en kunt u deze draaien (indien nodig).

U kent een foto toe aan een opnametype door de foto te slepen naar het icoon van het opnametype, of door op het icoon te klikken voordat de foto ingelezen wordt.

U voert vervolgens notities in (indien nodig) en klikt op [Opslaan]. De foto wordt opgeslagen en



wordt niet meer getoond.
Herhaal deze stappen voor volgende foto(s).
Sluit het Invoervenster als u klaar bent.


Waarschuwing: Kalibratie


Als een waarschuwing over het ontbreken van kalibratie wordt getoond kunnen latere metingen onjuiste waarden tonen.




Foto importeren

Klik op menu [Afbeelding/Import] of toets [Ctrl+M] om het Importeervenster te openen.



Stel de bronmap in met  als deze nog niet is ingesteld.

Alle aanwezige foto's worden geïmporteerd door op [Importeren] te klikken; indien nodig met automatisch wissen.

Eventueel kunt u ook foto's automatisch laten importeren door  in te stellen. Dan kunt u met een klik importeren en wissen, of zelfs zonder een klik.




Foto als PDF exporteren

Als uw computer voorzien is van een PDF-printer (Windows 10 of hoger) kunt u makkelijk een of meer foto's exporteren naar een PDF-bestand. U sleept de eerste foto naar de printknop , en additionele foto's naar het nu getoonde printvenster.



Als de juiste foto's zijn verzameld klikt u op  en kiest u de PDF-Printer uit de lijst.





Foto verplaatsen


Als u een foto wilt verplaatsen naar een andere patiënt, klikt u op het menu [Extra/Verplaats afbeeldingen naar een patiënt]; dit opent het verplaatsvenster:


In dit venster selecteert u eerst de patiënt waarheen de foto(s) naartoe verplaatst moeten worden; u kunt hiervoor in de lijst bladeren of de eerste letters van de achternaam intoetsen om te zoeken.

Als de juiste patiënt geselecteerd is kunt u een (of meer) foto naar het [paarse vak] slepen; daarmee wordt deze verplaatst.




Annotaties

U opent en sluit het Annotaties-venster door op  te klikken of door [m] te toetsen.




In het Annotaties-venster kunt u o.a. teksten plaatsen op de foto, endovijl-lengtes opmeten of een pijltje tekenen.

Tip: Door de "Ctrl"-toets ingedrukt te houden kunt u meerdere annotaties achterelkaar invoeren.



In het menu [Weergave/Toon annotaties] kunt u instellen of annotaties altijd zichtbaar zijn, of alleen als het Annotaties-venster open is (standaard).



Kalibratie

Alle lengte- en hoekschattingen zijn afhankelijk van een correcte beeldkalibratie. De procedure om de beeldkalibratie te controleren en te corrigeren verschilt tussen bestaande beelden en nieuwe beelden.

Waarschuwing: Kalibratie

Als een waarschuwing over het ontbreken van kalibratie wordt getoond kunnen latere metingen onjuiste waarden tonen.



Nieuwe afbeeldingen kalibreren

Nieuwe beelden worden gekalibreerd door het invoervenster te configureren. Eerst wordt de kalibratie van het acquisitiesysteem gecontroleerd en indien nodig gecorrigeerd.

Kalibratie controleren

De kalibratie hoeft maar één keer geverifieerd te worden, na grote veranderingen, zoals een nieuwe installatie of het bijwerken van stuurprogramma's voor apparaten. Wanneer de kalibratie is geverifieerd, zullen nieuwe beelden correct zijn.

De procedure beschrijft het kalibreren van een PAN/ OPG, maar is ook geldig voor CEPH.

Vereisten

Nieuw verworven beeld met een zichtbaar object met een bekende grootte. Bijvoorbeeld een panoramische röntgenfoto waarop een kogel van 6 mm zichtbaar is, of een cefalometrische röntgenfoto waarop een schaal zichtbaar is.

Procedure

1. Open het *invoervenster* en maak een nieuwe panoramische röntgenopname met een zichtbaar object met bekende grootte en sla deze op.
2. Selecteer de opgeslagen afbeelding en open het *Annotaties-venster*.
3. Klik op het gereedschap *Afstandschatting* en trek een lijn over de lengte van het zichtbare object.
4. Vergelijk de weergegeven lengte met de werkelijke lengte van het object.
5. De kalibratie is geverifieerd als de vergelijking een acceptabel verschil aangeeft.

Aanvaardbaar verschil

De structuur die gemeten wordt bepaalt de vereiste nauwkeurigheid.

Als deze onbekend is, is een verschil van minder dan 5% normaal gesproken acceptabel.

De kalibratie corrigeren

Als de verificatie mislukt, moet het acquisitiesysteem opnieuw worden gekalibreerd.

Procedure

1. Open de afbeelding met de lengte schatting die hierboven is gemaakt.
2. Open het *invoervenster* en open de Eigenschappen van de knop PAN / OPG (of CEPH / RSP).
3. Klik op de knop Correctie en voer de objectlengte in het veld Bekende lengte in en druk op enter.

Opmerking: De afbeelding die wordt gebruikt om de kalibratie te controleren, is nog niet gekalibreerd. Lees hiervoor [Een bestaande afbeelding kalibreren](#).

Een bestaande afbeelding kalibreren

Als wordt ingeschat dat de kalibratie van een bestaande afbeelding onjuist is, moet deze worden gecorrigeerd.

Om een bestaande afbeelding opnieuw te kalibreren zijn kalibratie gegevens nodig.

Vereisten

Een object met een bekende lengte is zichtbaar in het beeld.

Of de kalibratie gegevens van een afbeelding van hetzelfde apparaat kunnen worden gebruikt.

Procedure, wanneer een bekende lengte beschikbaar is

1. Selecteer de afbeelding en open het *invoervenster*.
2. Klik op het gereedschap *Afstandschatting* en teken een lijn over de lengte van het zichtbare object.
3. Klik op de knop *Kalibreren* en voer de lengte van het bekende object in het veld *Reële lengte* in en druk op enter.
4. De afbeelding is nu opnieuw gekalibreerd en alle metingen zijn opnieuw berekend.

Procedure wanneer kalibratie van een andere afbeelding wordt gebruikt

1. Selecteer de afbeelding die correct is gekalibreerd en open het venster *Foto eigenschappen*.
2. Open het tabblad *Beeld* en selecteer en kopieer de waarde voor de pixelbreedte (de pixelhoogte is meestal hetzelfde).
3. Selecteer de afbeelding die je wilt kalibreren en open het venster *Foto eigenschappen*.
4. Open het tabblad *Beeld* en plak de velden *Pixelbreedte* en *-hoogte* in en druk op enter.
5. De afbeelding is nu opnieuw gekalibreerd en alle metingen zijn opnieuw berekend.

Tips en nuttige informatie

Tip: Als u een nieuwe foto niet kunt terugvinden kan het zijn dat die bij de verkeerde patiënt is opgeslagen. Zodra deze teruggevonden is kunt u [de foto automatisch verplaatsen](#) naar de juiste patiënt.

Veiligheidsinformatie

Voor het normaal en veilig werken met **VisiQuick** moeten deze waarschuwingen gelezen worden:

Waarschuwing: Onjuiste patiënt



Selecteer de patiënt altijd via het administratiepakket om te voorkomen dat een nieuwe foto bij de verkeerde patiënt wordt opslagen.

Controleer voordat een nieuwe foto wordt gemaakt, dat de geselecteerde patiënt de juiste is. De patiëntnaam staat bovenaan in het venster.

Activeer **VisiQuick** niet door op de taakbalk te klikken; daarmee kunnen foto's van de vorige patiënt getoond worden, wat mogelijk niet de juiste zijn.

Waarschuwing: Metingen



Verifieer altijd de kalibratie voordat het systeem in gebruik genomen wordt omdat de meetresultaten afhankelijk zijn van de kalibratie van de foto.

Waarschuwing: Ongewild wissen van data



Als een foto ongewild verwijderd wordt, kan deze hersteld worden vanaf de computer waarop deze genomen is met de functie "Backupfoto's laden". Foto's ouder dan een maand kunnen niet zo worden hersteld.

Oudere foto's kunnen alleen hersteld worden als er een volledige back-up is gemaakt.

Waarschuwing: Onnodig bestralen



Als de database server niet bereikbaar is bij een foto-opname, kan de genomen foto hersteld worden met de functie "Backupfoto's laden", na het herstellen van de verbinding.

Waarschuwing: Lage kwaliteit monitor



Gebruik alleen hoge kwaliteit monitoren, voor de beste röntgendiagnose, zoals vermeld in de systeemvereisten.

Waarschuwing: Onjuiste computertijd



VisiQuick gebruikt de computertijd voor de tijdsaanduiding van nieuwe foto's. Een onjuiste computertijd veroorzaakt een verkeerde volgorde in de lijst van foto's. Verifieer altijd de computertijd voordat het systeem in gebruik genomen wordt.

Waarschuwing: Databack-up



Zorg om dataverlies te voorkomen altijd voor een werkend back-up-systeem. Verifieer dat de functie "Vorige versies" is ingeschakeld op de database server.